



Lublin, 11.04.2023 r.

Zmiana koloru nakrętek

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy o **tymczasowej zmianie kolorów nakrętek dla poziomu wysokiego krwi kontrolnej**. Zmiana jest spowodowana opóźnieniami w dostawach opakowań.

W związku z tym w niżej wymienionych wyrobach możliwym jest, że **nakrętki będą miały kolor czarny**, a nie jak dotychczas – czerwony.

Produkt	Numer katalogowy
Myt-3D	MYT301
	MYT302
Myt-3D VET	MYT303-VET

Produkty ze zmienionym kolorem nakrętek będą dostępne w sprzedaży od kwietnia.

W celu uniknięcia pomyłki rekomendujemy identyfikację produktu na podstawie informacji zamieszczonych na etykiecie, a nie na podstawie koloru nakrętki.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na sposób wykonywania oznaczeń oraz funkcjonalność i stabilność krwi kontrolnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tej kwestii prosimy o kontaktowanie się z Przedstawicielami Regionalnymi.

Z poważaniem,

Koordinator w Dziale Zapewnienia Jakości

NIO_2304_02