



---

Lublin, 08.05.2023 r.

## Zmiana koloru nakrętek

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy o **tymczasowej zmianie kolorów nakrętek dla poziomu wysokiego krwi kontrolnej Myt-5D VET (Nr kat. MYT503-VET)**. Zmiana jest spowodowana opóźnieniami w dostawach opakowań.

W związku z tym, w wyżej wymienionym wyrobie, możliwym jest że **nakrętki będą miały kolor czarny**, a nie jak dotychczas – czerwony.

Produkt ze zmienionym kolorem nakrętek będzie dostępny w sprzedaży od połowy maja.

**W celu uniknięcia pomyłki rekomendujemy identyfikację produktu na podstawie informacji zamieszczonych na etykiecie, a nie na podstawie koloru nakrętki.**

Powyższe zmiany nie mają wpływu na sposób wykonywania oznaczeń oraz funkcjonalność i stabilność krwi kontrolnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tej kwestii prosimy o kontaktowanie się z Przedstawicielami Regionalnymi.

Z poważaniem,

Koordinator w Dziale Zapewnienia Jakości

NIO\_2305\_01