

POWIADOMIENIE O ZMIANIE

Numer powiadomienia	PZ_2309_03	Data	21.09.2023
Numer zmiany	111		
Temat zmiany	Zmiana daty ważności		
Produkt	Numer katalogowy	Nazwa	
	6-300	CORMAY CRP ULTRA	
	3-339	CORMAY CRP ULTRA 60	
	3-340	CORMAY CRP ULTRA 120	
	7-225	ACCENT-200 CRP ULTRA	
	7-325	ACCENT-300 CRP ULTRA	
	7-425	A-400 CRP ULTRA	
	7-847	A-800 CRP ULTRA	
	4-261	PRESTIGE 24i CRP ULTRA	
	4-480	PRESTIGE 24i CRP ULTRA	
	9-437	OS-CRP ULTRA	
	5-553	B50-CRP ULTRA	
	B02-R0040	EQ CRP ULTRA	
	2-352_R1	CORMAY CRP ULTRA BULK	
	2-352_R2	CORMAY CRP ULTRA BULK	
	4-276	CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS	
4-280	CORMAY IgE CALIBRATORS		
4-277	CORMAY RF CALIBRATORS		
Kategoria zmiany	<input type="checkbox"/> surowce <input type="checkbox"/> opakowania <input type="checkbox"/> wytwarzanie	<input type="checkbox"/> kontrola jakości <input type="checkbox"/> informacje dostarczane z wyrobem <input checked="" type="checkbox"/> wyrób gotowy <input type="checkbox"/> inne	
Opis zmiany	<p>W związku z aktualizacją raportów stabilności realnej i przyspieszonej podjęto decyzję o zmianie daty ważności odczynników i kalibratorów wymienionych powyżej. Nowo wyznaczone daty ważności oraz numery serii wyrobów, od których zmiany zostaną wdrożone zostały podane w Załączniku Nr 1.</p>		
Przyczyna zmiany	Aktualizacja protokołów badań stabilności realnej i przyspieszonej.		
Wdrożenie zmiany	Wrzesień 2023		
Informacje dodatkowe	<p>Podczas okresów przejściowych mogą być dostępne odczynniki i kalibratory z różnymi datami ważności. <u>Daty ważności wyrobów obecnie dostępnych na rynku (o seriach innych niż wymienione w załączniku) pozostają bez zmian.</u></p>		

	Numery serii wyrobów od których zmiany zostaną wdrożone znajdują się w Załączniku Nr 1. Powyższe zmiany nie mają wpływu na sposób wykonywania oznaczeń oraz funkcjonalność wyrobów.
Załączniki	PZ_2309_03_Załącznik_1 – Lista zestawów objętych zmianą

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

Koordynator w Dziale Zapewnienia Jakości