

POWIADOMIENIE O ZMIANIE

Numer powiadomienia	PZ_2311_01	Data	20.11.2023
Numer zmiany	118		
Temat zmiany	Aktualizacja aplikacji dla CRP ULTRA na analizatorach biochemicznych.		
Produkt	Numer katalogowy	Nazwa	
	7-225	ACCENT-200 CRP ULTRA	
Kategoria zmiany	<input type="checkbox"/> surowce <input type="checkbox"/> opakowania <input type="checkbox"/> wytwarzanie	<input type="checkbox"/> kontrola jakości <input checked="" type="checkbox"/> informacje dostarczane z wyrobem <input type="checkbox"/> wyrób gotowy <input type="checkbox"/> inne	
Opis zmiany	<p style="text-align: center;">DOTYCZY UŻYTKOWNIKÓW ANALIZATORÓW: ACCENT-200 oraz ACCENT-200 II GEN !!!</p> <p>Zoptymalizowano program aplikacji dla oznaczenia CRP ULTRA na analizatory ACCENT-200 oraz ACCENT-200 II GEN – modyfikacji uległy: długość fali, objętość próbki i czas odczytu (<i>Załącznik 1</i>).</p> <p>Nowy program aplikacji znajduje się również w zaktualizowanej instrukcji użycia.</p>		
Przyczyna zmiany	Poprawa korelacji wyników uzyskiwanych dla próbek pacjentów.		
Wdrożenie zmiany	Listopad 2023		
Informacje dodatkowe	<p>Powyższa zmiana nie ma wpływu na sposób wykonywania oznaczeń oraz funkcjonalność i stabilność wyrobu.</p> <p>Aktualna instrukcja użycia znajduje się na stronie internetowej – www.cormay.com.</p>		
Załączniki	<i>Załącznik 1</i> - Program aplikacji na analizatory ACCENT-200 i ACCENT-200 II GEN.		

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości