

NOTATKA DORADCZA

Data wydania	13.12.2021
Numer notatki	ND_2112_02
Nazwa i numer katalogowy wyrobu	PRESTIGE 24i CALCIUM ARSENAZO Nr kat. 4-247 i 4-447
Numer serii	Od serii 01E
Data ważności	n/d
Opis sytuacji	
Podczas weryfikacji instrukcji użycia dla odczynnika CALCIUM ARSENAZO II GEN stwierdzono błąd w aplikacji na analizator Prestige 24i . Czasy odczytów absorbancji omyłkowo nie zostały zamieszczone w aplikacji, ale pozostają niezmienione w stosunku do tych z poprzedniej wersji instrukcji użycia. Poprawiona aplikacja zostaje dołączona do notatki doradczej jako Załącznik 1 , zaktualizowano również instrukcję użycia odczynnika.	
Konieczne działania	
Należy sprawdzić i w razie potrzeby zaktualizować aplikację na analizatorze Prestige 24i przed wykonaniem oznaczenia (Załącznik 1). Prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza weryfikacyjnego. Notatka ma charakter informacyjny. Nie należy niszczyć produktu.	

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Z poważaniem,

X

Anna Smolira

Anna Smolira

Dział Zapewnienia Jakości

Podpisany przez: Anna Smolira