

NOTATKA DORADCZA

Data wydania	28.10.2022
Numer notatki	ND_2210_01
Nazwa i numer katalogowy wyrobu	Myt-3D - Nr kat.: MYT301, MYT302, MYT304N, MYT306N Myt-3D VET- Nr kat.: MYT303-VET
Numer serii	B1122
Data ważności	2023-02-05
Opis sytuacji	
W poziomie normalnym krwi kontrolnej Myt-3D i Myt-3D VET: (Nr kat.: MYT301, MYT302, MYT304N, MYT306N, MYT303-VET) wykryto problem związany z zanieczyszczeniami mechanicznymi, które mogą mieć wpływ na odczynnik oraz problem z nieprawidłowymi wynikami kontroli jakości.	
Konieczne działania	
Należy:	<ul style="list-style-type: none">• zaprzestać używania produktu,• wypełnić i odesłać formularz weryfikacyjny,• zutylizować produkt.

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 665 371 525

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Z poważaniem,

X

Anna Smolira
Dział Zapewnienia Jakości