

Drodzy Klienci,

Informujemy, o zmianie typu oraz koloru nakrętek kontroli wchodzących w skład zestawu **Cormay Ammonia/Ethanol Controls** (Nr kat. 5-163).

Zmiana dotyczy bezpośredniego opakowania produktu: fiołki z aluminiowym zaciskowym kapslem i korkiem zmieniono na fiołki z gwintem i nakrętką.

Nowe nakrętki mają różne kolory w zależności od poziomu stężenia analitu:

Ammonia/Ethanol Control 1: **kolor biały**,  
Ammonia/Ethanol Control 2: **kolor szary**,  
Ammonia/Ethanol Control 3: **kolor czarny**.

Zmiana zostanie wprowadzona od następujących serii:

Ammonia/Ethanol Control 1: **004-48**,  
Ammonia/Ethanol Control 2: **004-48**,  
Ammonia/Ethanol Control 3: **004-51**.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

Z poważaniem,

22.04.2020

X

*Anna Smolira*

Anna Smolira  
QUALITY ASSURANCE  
Podpisany przez: Anna Smolira

NIO\_2004\_02

Adres do korespondencji: PZ Cormay S.A., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, Polska