

Powiadomienie o zmianach**Płyny myjące do analizatorów Prestige 24i, Biolis 24i Premium i Biolis 30i**

Szanowni Państwo,

Informujemy o wprowadzeniu zmian w sposobie pakowania płynów myjących Prestige 24i Alkaline Washing Solution oraz Prestige 24i Acid Washing Solution.

Zmianę wprowadzono zaczynając od podanych niżej numerów serii:

Nr kat.	Nazwa	Numer serii
3-104	PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION	106-05
3-105	PRESTIGE 24i ACID WASHING SOLUTION	106-63

Zmienione zostały:

- butelki – inna wielkość i symetria;
- nakrętki – białe nakrętki zostały zastąpione nakrętkami w kolorze czarnym;
- sposób pakowania – zestawy wraz z instrukcją użycia są pakowane w pudełko.

Nowy sposób pakowania zestawów przedstawiono w Załączniku 1.

Powyższe zmiany podyktowane są wycofaniem starszego typu butelek z oferty naszego dostawcy. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na działanie i sposób użycia odczynników.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tej kwestii prosimy o kontakt z przedstawicielami naszej firmy.

Z poważaniem,



Koordynator Zespołu Kontroli Zmian

NIO_2106_01

Adres do korespondencji: PZ Cormay S.A., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, Polska