

Drodzy Klienci,

Informujemy o zmianie koloru butelki oraz nakrętki dla wyrobu **2-STANDARD**, wchodzącego w skład zestawu **CORMAY HDL** (Nr kat. 2-053).

Zmiana dotyczy bezpośredniego opakowania produktu:

- butelka szklana **oranżowa** zostanie zamieniona na szklaną **bezbarwną**,
- nakrętka **szara** zostanie zastąpiona nakrętką **białą**.

Wprowadzona zmiana nie ma wpływu na funkcjonalność oraz stabilność odczynnika.

Przez okres przejściowy, do wyczerpania stanów magazynowych, w sprzedaży mogą być dostępne obie wersje opakowania bezpośredniego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

Z poważaniem,



Koordynator Zespołu Kontroli Zmian

NIO\_2107\_01

Adres do korespondencji: PZ Cormay S.A., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, Polska